

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente strumento
NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the following instrument

Strumento Digitale Multifunzione SDM **Multifunction Digital Pressure Instrument SDM**

è in accordo con le seguenti direttive
comply with the followings directives

97/23/CE - Attrezzature a pressione - Pressure equipment (PED)⁽¹⁾
2004/108/CE - Compatibilità elettromagnetica - Electromagnetic compatibility (EMC)⁽²⁾
2011/65/CE - Restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche-
Restriction for use of hazardous substances in electric and electronic apparatus (RoHS)

⁽¹⁾ Gli strumenti con sovrappressione applicabile ≤ 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva. Gli strumenti con sovrappressione applicabile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in **CATEGORIA I**, sottoposti a valutazione della conformità secondo il **Modulo A - Controllo di fabbricazione interno** e sono marcati **CE**.

*Instruments with allowable overpressure value ≤ 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice. Instruments with allowable overpressure value beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally classified with **CATEGORY I**, subjected to the conformity assessment procedure according to **Module A - Internal production control** and they are marked **CE**.*

Norme di riferimento - Reference standards:

⁽²⁾ EN 61326-1:2006 "Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratori. Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica. Ambiente industriale. Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements - Industrial environment".

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System of the factory according to standard ISO 9001:2008, certified from ICIM.

NUOVA FIMA
Amministratore Delegato
Managing Director
F.Zaveri

Il documento è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme. - *The document is produced with computing device and it is valid without signature.*

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 15.05.2013	Edizione 1	Emesso UGQ-G.Adami	Visto e approvato DP-F.Zaveri
------------------------------	------------	--------------------	-------------------------------