

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ EU DECLARATION OF CONFORMITY

NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti
NUOVA FIMA s.r.l. declares on its sole responsibility that the following instruments

Trasmettitori di Pressione serie SX Pressure Transmitters SX series

sono conformi ai requisiti delle Direttive e sono marcati CE- fulfill the requirements of
the Directives and they are marked with the symbol CE

- 2014/68/UE (PED)⁽¹⁾
- 2014/34/UE (ATEX)⁽²⁾
- 2014/30/UE (EMC)⁽³⁾
- 2011/65/CE (RoHS)

- (1) Gli strumenti con sovrappressione applicabile ≤ 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva, in accordo con l'articolo 4, par.3 della direttiva. Gli strumenti con sovrappressione applicabile > 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo di fabbricazione interno.

Instruments with allowable overpressure value ≤ 200 bar (maximum allowable pressure – PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice, according to article 4, par. 3 of the directive.

Instruments with allowable overpressure value > 200 bar (maximum allowable pressure – PS) are also classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - Internal production control.

- (2) Gli strumenti sono marcati - Instruments are marked as follows:



II 1GD Ex ia IIC T6/T5/T4 Ex ia IIIC T85/T100/T135°C

II 1/2GD Ex ia IIC T6/T5/T4 Ex ia IIIC T85/T100/T135°C

e sono conformi alle norme – and they comply with standards

- EN 60079-0:2018
- EN 60079-11:2012
- EN 60079-26:2015

Hanno la certificazione di tipo 0425 ATEX 2635 relativa al Fascicolo Tecnico TF 4 rev.2, e la sorveglianza sulla produzione ha la certificazione N° 1591 rilasciate dall'Organismo Notificato ICIM S.p.A. N° 0425.

Instruments are certified with certification type 0425 ATEX 2635 related to the Technical File TF 4 rev.2, and the surveillance of production is certified with certification N° 1591 issued by the Notified Body ICIM S.p.A. N° 0425.

- (3) Gli strumenti sono conformi alla norma – Instruments comply with standard

- EN 61326-1:2013

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001 operante in azienda e certificato da ICIM SpA.

The control of the instruments internal manufacturing is guaranteed by the Quality System according to ISO 9001 of the factory, certified by ICIM SpA.

NUOVA FIMA

Responsabile ATEX-ATEX Responsible

F.Zaveri

Invorio, 07.06.2022